

	חוזר מס' : 50/2	חוזרים והוראות שעה
מתאריך : 01.07.2020		שם האגף : covid 19
עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים		שם החוזר : הנחיות ניקוי וחיטוי רכבי הצלה

01 יולי 2020

ט' תמוז תש"פ

הנחיות ניקוי וחיטוי רכבי הצלה

לטובת היערכות להעברות של חולי קורונה מאומתים מצורף ריענון ההנחיות לניקוי וחיטוי רכבי הצלה :

- יש להקפיד על ניקוי וחיטוי רכבי הצלה על פי הליך העבודה – ["ניקוי חיטוי ושמירה על היגיינה בכלי הצלה ובניידות דם – 07.07.02"](#).
- מכשירים אלקטרוניים או חשמליים יש לחטא באמצעות מגבוני חיטוי / אלכוהול בלבד. חל איסור לחטא מכשירים אלקטרוניים ומכשירים רפואיים חשמליים (כגון מכשירי הקשר, טאבלט, דפיברילטור, מוניטור) באמצעות תמיסת כלור.
- בתחילת המשמרת, בסיום המשמרת ולאחר כל פינוי / בדיקה של מטופל, הצוות ינקה ויחטא את כלל המשטחים בתא החולה, מיטת האמבולנס והכיסא באמצעות מגבוני החיטוי או מגבוני אלכוהול. יש להקפיד על ניקוי וחיטוי גם באזורים שהמטופל לא בא עמם במגע כגון – אזור הנהיגה (הגה, ידיות האיתות וכו'), מערכת הקשר והכריזה, הטאבלט, ידיות הרכב וכו'. יש להניח לאלכוהול להתנדף ולא לנגבו.
- יש להקפיד על הסרת כפפות לפני השימוש בטאבלט, בטלפון הסלולארי או בטרם הנהיגה.
- לאחר העברת חולה קורונה מאומת יש לבצע חיטוי לאמבולנס באמצעות חומר החיטוי -MDF-500. החיטוי באמצעות חומר החיטוי MDF-500 ומרסס חשמלי יבוצע על ידי מי שהוכשר והוסמך לכך.

חוזר מס' : 50/2		חוזרים והוראות שעה
מתאריך: 01.07.2020		שם האגף covid 19
עמוד מס' 2	מתוך 2	שם החוזר: הנחיות ניקוי וחיטוי רכבי הצלה

6. במידה ולא ניתן לבצע חיטוי באמצעות חומר החיטוי MDF-500, יש לבצע חיטוי באמצעות תמיסת כלור בריכוז של 5000 ppm (ע"י המסת 5 טבליות כלור במרסס ידני של 500 סמ"ק). החיטוי באמצעות תמיסת כלור יבוצע בחלקו האחורי של רכב ההצלה בלבד. חלקו הקדמי של רכב ההצלה יחוטא באמצעות מגבוני החיטוי או מגבוני אלכוהול.

7. בכל מקרה בו ישנו ספק לגבי שיטת החיטוי ואופן החיטוי – יש לקבל הנחיות מהסופרווייזר.

8. אחת לרבעון ובהתאם להליך העבודה "[ניקוי חיטוי ושמירה על היגיינה בכלי הצלה ובניידות דם](#) – [07.07.02](#)", יבוצע ניקוי וחיטוי יסודי לכל רכבי ההצלה במרחב באמצעות מערכת וחומר החיטוי מסוג Steramist.

בברכה,

יפתח לוי, מג"מ
ממונה בטיחות וגהות
מנהל מחלקת בטיחות