

אגף רפואה  
26 יולי, 2020  
ה' אב, תש"פ

### **הנדון: מסמך דגשים למוקד ולצוותי השטח**

#### **שינוע חולי קורונה תוך שימוש במצלמת תא אחורי ומוניטור ייעודי**

בהמשך לפרסום החוזר הנ"ל – להלן מספר דגשים בנוגע לאופן ביצוע העברה של חולי קורונה מאומתים תוך שימוש באמצעי ניטור מרחוק.

1. בעת קבלת הקריאה, התורן המקבל את הפניה במוקד העברות/מוקד 101 יבצע תשאול ראשוני של הגורם המזמין בנוגע למצבו הנוכחי של המטופל. התשאול יכלול את המרכיבים הבאים: מדדים, סטטוס תפקודי (סיעודי/עצמאי), מצב קוגניטיבי, רמת הכרה, מצב נשימתי, היסטוריה רפואית, צורך בניטור קבוע, טיפול תרופתי המשכי (לרבות שימוש קבוע בחמצן), וכו'.
2. לאחר ביצוע התשאול יקבע התורן באיזה סוג העברה מדובר ומה רמת הליווי הנדרשת:
  - א. החזרה של מטופל אשר שוחרר ממוסד רפואי לביתו – **לא נדרש ניטור כלשהוא במהלך הנסיעה, וניתן להסתפק בתיעוד סט המדדים שנלקח בביתו בזמן השחרור.**
  - ב. העברה של מטופל בהכרה, נושם עצמונית, אשר אינו נזקק/צפוי להזדקק לטיפול רפואי במהלך הפינוי – **ינוטר באמצעות מצלמת תא אחורי + מוניטור ייעודי.**
  - ג. העברה של מטופל אשר דורש השגחה של איש צוות במהלך הפינוי – **יועבר בליווי חובש מלווה.**
  - ד. העברת נט"ן.
3. במידה והוחלט כי ניתן להעביר את המטופל ע"י אמב' מחיצה תוך שימוש באמצעי ניטור מרחוק יש לוודא ביצוע כלל הפעולות הבאות:
  - א. עם שיבוץ המשימה יודא הנהג מול מוקד העברות שהמוניטור עובד ומתקשר ושניתן לראות את תא הנוסע במסך המצלמות.
  - ב. עם ההגעה למטופל יעדכן ראש הצוות את המוקד על חיבור המטופל למוניטור.

- ג. ככל שראש הצוות מזהה פער בין המלצת המוקד לליווי נדרש לבין מצבו הרפואי של המטופל, ייצור קשר עם הפראמדיק במוקד הרפואי. בהתאם להנחיית הפראמדיק במוקד הרפואי – תיקבע מחדש רמת הליווי הנדרשת, במידת הצורך ניתן להיוועץ ברופא התורן.
- ד. בכל מצב בו מזהה תורן המוקד הרפואי/מוקד העברות כי המטופל נמצא במצוקה (על פי התבוננות במצלמה ו/או על פי מדדי הניטור), יועבר דיווח מיידי אלחוטית/טלפונית לנהג. הלה יעצור את האמבולנס בנקודת עצירה קרובה ובטוחה, יעבור לתא האחורי – ויגיש סיוע רפואי בהתאם לפרוטוקולים המקובלים.
- ה. כל חריגה שהועברה לראש הצוות במהלך הפינוי תתועד ב"דיווחים נוספים" בשו"ב – ע"י משגר מוקד העברות/מוקד רפואי.

#### 4. כל העברה מחייבת מילוי דו"ח רפואי!!

- במידה ומדובר בהחזרת מטופל מאומת אשר שוחרר ממוסד רפואי לביתו – ניתן להתבסס על מדדים אשר אינם מחייבים חשיפה פיזית למטופל (רמת הכרה, מצב נשימתי) תוך ציון מילולי של מדדיו כפי שנלקחו בעת שחרורו.
- כל העברה אחרת מחייבת תיעוד מדדים בדו"ח הרפואי בהתאם לנהוג בכל פינוי /העברה אחרת.

## הוראות תפעול למכשיר מוניטור HS6500

1. ע"פ הנחיות אגף הרפואה, טרם כניסה ומגע עם החולה יש להתמגן במיגון מלא.
2. ודא בעדינות כי כל האביזרים מחוברים למכשיר.
3. הפעל את המכשיר על ידי לחיצה על הכפתור הכתום המופיע בפינה הימנית התחתונה.
4. המתן לשינוי צבעו של כפתור ה-4G (בסרגל התחתון על המסך) לצבע ירוק במצב OFF.
5. לחץ על כפתור ה-4G והמתן להופעת "ON".
6. הנח את שרוול מדידת לחץ הדם על ידו של המטופל כאשר הצינור מונח במרכז העורק הברכיאלי.
7. לחץ על כפתור ההפעלה של מדידת לחץ הדם.
8. לאחר מדידה ראשונית, המכשיר ידגום אוטומטית את לחץ הדם כל 10 דקות.
9. הנח את חיישן הסיטורציה על ידו השנייה של המטופל, **ולא** על היד בה נמדד לחץ הדם. לאישה עם לק יש להניח לאורך האצבע.
10. לאחר ההגעה ליעד, יש לכבות את המכשיר ע"י לחיצה ארוכה על הכפתור הכתום.
11. יש לחטא את המכשיר עם הכבלים במגבונים לחים.
12. לאחר הנסיעה יש להטען את המכשיר החשמל (זמני).
13. יש לכבות את המכשיר בין חולה לחולה.
14. יש להניח את המכשיר בתיק בעדינות בצורה אופקית.



- 1 - חיבור האביזרים
- 2 - כפתור כיבוי/הדלקה
- 3 - כפתור 4G
- 4 - מדידת לחץ דם
- 5 - שקע הטענה